

Regione Siciliana
AZIENDA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE
OSPEDALI CIVICO, G.DI CRISTINA E BENFRATELLI
Palermo

Precisazione

In relazione alla **procedura aperta** avente ad oggetto **la fornitura triennale di diagnostici vari per le UU.OO. Di Patologia Clinica del P.O. Civico e del P.O. Di Cristina e per la fornitura di Generatori, radiofarmaci, kit di marcatura, kit dosaggi R.I.A. e test di media-fill per l'U.O. di Medicina Nucleare P.O. Civico e reagenti per il laboratorio specialistico di Oncologia, Ematologia e Colture Cellulari**, indetta, giusta deliberazione n. 685 del 18.05.15, per il giorno 23.07.15 alle ore 10,00, si comunica che è stato chiesto di specificare con quale fluorocromo devono essere coniugati gli anticorpi richiesti nel lotto n. 85.

A tale proposito il Responsabile UOSD Laboratorio specialistico Oncologia, Ematologia e colture cellulari per uso clinico ha risposto che presso l'U.O. è in uso un citometro di proprietà a 10 colori e necessita di un panel di anticorpi che riesca a coprire se non tutto lo spettro da FL1 a FL10, almeno la maggior parte, per poter associare in modo multiparametrico gli anticorpi tra di loro.

Del resto non vincolando l'anticorpo ad uno specifico fluorocromo, si permette alle ditte di poter associare quante più combinazioni possibili tra anticorpi e fluorocromi, nell'ambito dei test richiesti in gara.

Il Direttore Soc Provveditorato
Dott.ssa Nora Virga

