

SCHEDA TECNICA

I trattamenti dialitici in età neonatale (peso corporeo inferiore a 10 Kg). da noi richiesti devono avere le seguenti caratteristiche:

1 Apparecchitura di volume e peso contenuti e trasportabile su ruote;

2 Apparecchitura che consenta i seguenti trattamenti:

Emofiltrazione veno-venosa continua con pre o post-infusione; riempimento delle linee automatico; interfaccia operatore; monitoraggio di: bilancio dei liquidi, velocità di infusione del liquido sostitutivo, peso corporeo (con la precisione del grammo), pressione arteriosa di aspirazione, pressione venosa di restituzione, pressione prefiltro; volume totale delle linee ematiche;

3 Linee sangue con volume di riempimento inferiore a 30 ml;

4 Filtri in polisulfone con offerta di almeno tre superfici a 0,3 m² e volume di riempimento totale (filtri + linee) inferiore a 50 ml. Ultrafiltrazione inferiore a 20ml/mi. Sterilizzazione ETO