

Oggetto: procedura aperta per la Realizzazione della Rete Teleneures in Sicilia - chiarimenti.

Ditta Ebit:

nr	QUESITO	RISPOSTA
1	A pag. 72 del Capitolato Tecnico si chiede: "L'applicazione dovrà essere integrata con i sistemi RIS di ciascuna struttura Spoke, qualora presenti, tramite protocollo standard HL7, al fine di poter recuperare ed acquisire nella scheda di teleconsulto i referti redatti nel reparto di radiologia". Si chiede di confermare che i costi di tali integrazioni, lati sistemi RIS terzi, siano a carico della Stazione Appaltante e non in capo all'Aggiudicatario della presente procedura.	Si conferma che i costi delle integrazioni con i sistemi RIS esistenti presso le varie strutture Spoke sono a carico dell'aggiudicatario della presente procedura.
2	Riferimento vostri allegati A/1/1 e A/1/2: la presente per segnalare che tali fac – simili di dichiarazione riportanogamma camera.....	Per mero errore materiale (refuso) è stata indicata la fornitura di n. gamma camera, ma è di tutta evidenza che trattasi di gara per la realizzazione di una Rete di teleconsulto Neurochirurgico "Teleneures", così come ben evidenziato in tutti gli altri atti di gara e comunque le dichiarazioni richieste prescindono e sono obbligatorie a prescindere dal tipo di fornitura
3	Riferimento vostro allegato A/1 domanda di ammissione, lettera z) di essersi recato.....premessò che, al fine della partecipazione non viene richiesto sopralluogo esplicito dei luoghi interessati all'appalto, siamo a chiedere se tale punto di dichiarazione debba ritenersi un refuso	No non trattasi di refuso. Appare opportuno che la ditta offerente abbia contezza dei luoghi, seppur non sia stato chiesto alcun certificato di sopralluogo. E' pertanto obbligatorio che la ditta rilasci apposita dichiarazione in tal senso.
4	Riferimento vostro disciplinare di gara, paragrafo " documentazione necessaria al collaudo" punto 6 " dichiarazione di conformità e/o seriale dell'apparecchiatura.....	Il numero seriale può essere indicato all'atto della consegna.
5	Si chiede che il "tempo di Refresh" sia da intendersi come "Refresh rate" e quindi corrispondente a 40 Hz.	Si conferma che il tempo di refresh è da intendersi come "Refresh rate"

Inoltre in merito alla richiesta di proroga si rinvia a quanto già pubblicato con apposito avviso in cui veniva confermato il termine di scadenza presentazione delle offerte in ragione del fatto che il capitolato tecnico era stato sottoposto a più indagini di mercato e pertanto portato a conoscenza delle ditte operanti nel settore.

Si sottolinea inoltre che la gara è stata pubblicata in tempo utile per consentire alle ditte di formulare appositi quesiti e che tutti i chiarimenti già richiesti da altre ditte sono stati pubblicati in tempo oltremodo utile così come le presenti risposte.