



Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662241

FAX
091 6662672

EMAIL

WEB
provveditorato@arnascivico.it

Data 30/11/2015
Prot n. 2104

Agli operatori economici interessati

OGGETTO: INDAGINE DI MERCATO

L'ARNAS ha interesse ad acquisire informazioni circa la sussistenza sul mercato di un **sistema terapeutico a pressione negativa**, cioè di un sistema attivo integrato di medicazione delle ferite, concepito per favorirne la guarigione a livello cellulare.

Il sistema deve possedere le seguenti caratteristiche:

1) terapia: continua e ad intermittenza; 2) allarmi: perdita di pressione, blocco terapia, contenitore pieno, basso livello batteria; 3) materiale monouso necessario: contenitori di fluidi da 400 e da 800 ml; kit medicazione in schiuma di poliuretano; kit medicazione bianca in PVA; kit medicazione in schiuma poliuretano all'argento; connettori a Y; pellicola adesiva, tubo collegamento Pad.

Dovranno, inoltre, essere inviate:

a) schede relative alle apparecchiature che permettono l'uso delle medicazioni e che questa Azienda intende acquisire a titolo di comodato;
b) prezzi di listino o prezzi orientativi già praticati presso altre strutture sanitarie, da specificare, in modo tale da potere procedere non soltanto ad un esame della capacità terapeutica dei prodotti offerti, ma anche ad un'analisi sui costi, in base ai principi di efficacia, efficienza ed economicità che ispirano l'attività della Pubblica Amministrazione.

Gli interessati potranno inviare schede tecniche a: provveditorato@arnascivico.it o al fax 091 6662672 o per posta all'indirizzo sopra indicato o brevi manu all'ufficio protocollo dell'ARNAS, nel termine delle ore 14 del prossimo 15 dicembre.

Le schede tecniche pervenute verranno valutate successivamente da organi tecnici dell'ARNAS per esprimere un giudizio sui punti ex ante evidenziati.

La presente non impegna in alcun modo questa Amministrazione, avendo un mero scopo esplorativo sul mercato.

Il Direttore Provveditorato

Dr.ssa Nora Virga

