

OGGETTO: Richiesta acquisto Protesi PTFE COESTRUSA AL CARBONIO

Con la presente si richiede l'acquisto di Protesi Vascolari in PTFE COESTRUSA AL CARBONIO per interventi di shunt artero-venosi, by-pass, ricostruzione dei vasi sanguigni arteriosi che abbiano le seguenti caratteristiche e cioè che siano realizzate in PTFE con parete interna coestrusa di carbonio che conferisce alla protesi migliore pervietà dato il potere anti-trombolitico del carbonio, provvista e non di supporto esterno a spirale, con profilo arrotondato che permette di evitare la compressione e l'inginocchiamento e, design che ottimizza le dinamiche di flusso, LATEX FREE.

- Protesi retta a parete standard con spirale rimovibile lunghezza 80cm diametro 6mm **5 PEZZI**
- Protesi retta a parete standard con spirale rimovibile lunghezza 80cm diametro 7mm **20 PEZZI**
- Protesi retta a parete standard con spirale rimovibile lunghezza 80cm diametro 8mm **15 PEZZI**

Il fabbisogno annuale presunto delle Protesi sopra descritte è di circa pezzi 40

- Protesi retta a parete standard lunghezza 10cm. diametro 6mm **5 PEZZI**
- Protesi retta a parete standard lunghezza 10cm. diametro 5mm **5 PEZZI**
- Protesi retta a parete standard lunghezza 50cm diametro 5mm **10 PEZZI**

Il fabbisogno annuale presunto delle Protesi sopra descritte è di circa pezzi 20