AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AREA PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662241-350

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivicopa.it

WEB
www.ospedalecivicopa.org

DATA 23.02.2016

PROT. n. 157

Oggetto: **servizio gestione rifiuti – chiarimenti**

La stazione appaltante fornisce i seguenti chiarimenti:

- il d. lgs. 19/2014 sancisce **"***il divieto di reincappucciamento degli aghi in assenza di dispositivi di protezione".*

Questa ARNAS si è dotata di siringhe munite di sistemi di protezione, ma in alcune procedure deve utilizzare quelle con gli aghi staccabili. Per tali motivi il capitolato speciale d'appalto ha previsto il dispositivo con tacche proprio per la rimozione dell'ago in sicurezza, evitando così la manovra manuale di estrazione dell'ago. Il predetto decreto sancisce invece il divieto del reincappucciamanto manuale degli aghi in assenza di di dispositivi di protezione, che riguarda manovra diversa e non confligge col disposto del CSA.

Con riferimento ai contenitori per taglienti o pungenti di altezza superiore a 40 cm. (a richiesta), non necessita campionatura solo qualora presentino la stessa configurazione tecnica di quelli analoghi con altezza inferiore. Diversamente, la campionatura è necessaria.

Il Direttore Area Provveditorato
Dr.ssa Nora Virga