

## **SCHEDA TECNICA**

### **DISPOSITIVO MEDICO PER LA PREVENZIONE DELL'IPOTERMIA ALLA NASCITA**

#### **CARATTERISTICHE TECNICHE:**

- **MATERIALE:**

POLIETILENE O SIMILARE, ATOSSICO; STERILE, MONOUSO; TRASPARENTE; PREFERIBILMENTE DOVREBBE ESSERE COSTITUITO DA UN DOPPIO STRATO OVVERO DA UNICO FOGLIO MA DI SPESSORE TALE DA GARANTIRE UNA ADEGUATA PROTEZIONE DAL FREDDO;

- **FORMA E DIMENSIONI:**

LA FORMA DEVE ESSERE TALE DA GARANTIRE UN AVVOLGIMENTO TOTALE DEL NEONATO E IN PARTICOLARE DOVRA' ESSERE GARANTITA LA PROTEZIONE DEL CAPO (AREA CORPOREA A MAGGIORE TERMO DISPERSIONE IN EPOCA NEONATALE) E TALE PROTEZIONE E' PREFERIBILE CHE ABBAIA UNA MORFOLOGIA A CAPPuccio; E' PREFERIBILE CHE TALE PROTEZIONE SIA PROVVISORIA DA UNA STRISCIA DI VELCRO NEI BORDI LIBERI CENTRALI IN MODO TALE DA GARANTIRE UNA CHIUSURA SICURA DELL'AVVOLGIMENTO.

INOLTRE, AL FINE DI MIGLIORARE L'ISOLAMENTO TERMICO E IL COMFORT PER IL NEONATO SAREBBE PREFERIBILE LA PRESENZA DI UN SUPPORTO DORSALE E DELL'AEREA OCCIPITALE DEL CAPO.

LE DIMENSIONI DI TALE DISPOSITIVI DOVREBBERO ESSERE TALI DA GARANTIRE PREVALENTEMENTE NEONATI CON UN PESO INFERIORE O UGUALE AI 1.500 gr E UNA LUNGHEZZA NON SUPERIORE AI 45 cm; UN NUMERO, ESIGUO, DI TALE DISPOSITIVO PROTETTIVO DOVREBBE ESSERE FINALIZZATO ALL'UTILIZZO NEI NEONATI A TERMINE ( POST CHIRURGICI, ETC..).

A RIGUARDO LE MISURE DOVREBBERO GARANTIRE NEONATI CON PESO SUPERIORE AI 2.500gr E UNA LUNGHEZZA SUPERIORE AI cm 45.