

SCHEDA TECNICA

Presidi per contenzione fisica di pazienti in condizioni di urgenza per la prevenzione dell'autolesionismo (per medicina d'urgenza e osservazione breve)

Quantitativo:

- n. 10 cinture addominali di fissaggio al letto
- n. 10 paia di polsini/bracciali di immobilizzazione
- n. 2 paia di guanti imbottiti

mezzi di contenzione per il letto: polsini (bracciali di immobilizzazione imbottiti e regolabili), cavigliere, cinture di fissaggio al letto (addominale o pelvica)

mezzi di contenzione per postura obbligata: bracciali che impediscono la flessione dell'arto durante un'infusione venosa

I polsini o bracciali devono essere imbottiti, consentire relativa mobilità (regolabili) i presidi devono essere imbottiti e dotati di sistemi di fissaggio al letto, lavabili.

La cintura di sicurezza addominale deve consentire fissaggio al letto garantendo una relativa mobilità; deve consentire cambi di postura (per es. posizionamento su fianco) e deve essere facilmente regolabile mediante fibbie e/o velcro. Deve essere costituito da materiale riciclabile e lavabile. Deve infine possedere cospicua imbottitura tale da preservare da ogni tipo di lesione il paziente.

Guanti per preservare il paziente da autolesionismo e lesioni da grattamento. Devono essere imbottiti costituiti da materiale antiallergico con elevato potere di recupero (lavabili).