



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO  
NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

**AREA PROVVEDITORATO**

Piazza Nicola Leotta, 4  
90127 Palermo

**Telefono**

091 6662261

**FAX**

091 6662672

**EMAIL**

[provveditorato@ospedalecivico.org](mailto:provveditorato@ospedalecivico.org)

**WEB**

[www.ospedalecivico.org](http://www.ospedalecivico.org)

**DATA**

16.02.16

**PROT.**

2016/ *140*

Spett.le Ditta

Fax \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisizione di sistemi per  
laboratori di analisi – integrazione lotto 45**

Ad integrazione delle precedenti indagine di mercato, si trasmette la scheda tecnica del lotto n. 45  
**- Service di kit per esecuzione test elisa per la determinazione dei livelli di ST2 nel siero**

Anche per questo ultimo lotto, l'Amministrazione intende espletare indagine di mercato, al fine di verificare:

- 1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche collimanti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
- 2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito al numero delle strumentazioni ed al carico di lavoro, individuato per singolo lotto.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche.**

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il **19.02.2016** o via mail: [provveditorato@arnascivico.it](mailto:provveditorato@arnascivico.it) ovvero al numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato  
Dott.ssa Nora Virga

## **Lotto n. 45 - Service di kit per esecuzione test elisa per la determinazione dei livelli di ST2 nel siero**

Si richiede la fornitura di kit per l'esecuzione di test diagnostici per la determinazione quantitativa dei livelli sierici di ST2 nel siero o nel plasma umano da utilizzare come aiuto nella stratificazione del rischio nei pazienti affetti da insufficienza cardiaca o sindrome coronarica acuta

Il sistema dovrà essere comprensivo di tutti i materiali occorrenti alla corretta e completa esecuzione dei test richiesti.

### **Specifiche tecniche**

Requisiti minimi ed indispensabili

Kit interi comprensivi di piastra per esami, controlli, calibratori

I test devono essere eseguiti in una unica soluzione e totalmente automatizzabili

I kit devono contenere

- Piastra pronta all'uso con gli anticorpi monoclonari anti st2 umana
- Calibratore che copra il range da 3.1 200 ng/ml
- Diluente standard siero bovino fetale e tessuto di coltura
- Diluente del campione contenente il conservante
- Streptavidina concentrata 100x
- Streptavidina diluente
- Lavaggio di potassio fosfato tamponato con NaCl e Tween
- Reagente tetrametilbenzidina

### **Service di kit per il test rapido dell'ST2 nel siero**

Si richiede la fornitura di un test immunologico rapido per la determinazione quantitativa del livello di ST2, con relativo lettore semiautomatico da banco e controlli (positivo e negativo)

Il kit deve contenere una

- cassetta del test con anticorpi murini anti st2 con
  - Anticorpi policlonali anti IgG murine
  - Colorante fluorescente
- Tampone del test con
  - Stabilizzatori
  - Eccipienti

Numero presunto di test/anno-2500