



AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

AREA PROVVEDITORATO

Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono

091 6662261

FAX

091 6662672

EMAIL

provveditorato@ospedalecivicopa.org

WEB

www.ospedalecivicopa.org

DATA

15.02.16

PROT.

2016/134

Spett.le Ditta

Fax _____

OGGETTO: Indagine di mercato per l'acquisizione di sistemi per laboratori di analisi – COMUNICAZIONI RELATIVE AL LOTTO 8

Ad integrazione delle precedenti indagine di mercato, si comunica che in relazione al lotto n. 8 - **Service di kit per esecuzione di test di autoimmunità integrativi** - ferme le restanto le caratteristiche tecniche richieste, a seguito di un ulteriore approfondimento, sono state eliminate le voci dal n. 1 -al n. 5.

Ad ogni buon fine si riporta la scheda tecnica rivista:

LOTTO N. 8 - Service di kit per esecuzione di test di autoimmunità integrativi

Si richiede la fornitura di kit per l'esecuzione di test diagnostici con metodiche IFA ed EIA come completamento dei test di autoimmunità.

Alcuni dei test indicati sono nuovi test che sono stati ultimamente richiesti da U.O. di Pediatria per una diagnostica appropriata delle sindromi poliendocrine autoimmuni e da U.O. di Neurologia per alcune sindromi neurologiche su base autoimmune.

Il sistema reagenti dovrà essere comprensivo di tutti i materiali occorrenti alla corretta e completa esecuzione dei test richiesti.

Progetto tecnico offerto in relazione al contesto strutturale ed organizzativo del laboratorio

Disponibilità di un sistema ricondizionato per l'esecuzione di metodiche IFA ed EIA, software esperto che consenta la stampa dei precedenti storici.

Specifiche tecniche e test richiesti

Metodiche ELISA

Requisiti minimi ed indispensabili

- Kit interi, comprensivi di: pozzetti frazionabili, controlli positivo e negativo, tampone di diluizione e di lavaggio, coniugato, substrato e soluzione di stop nelle quantità adeguate ad eseguire il numero di test necessario al numero di pazienti/anno indicato in tabella secondo cadenze analitiche settimanali con 2 richieste/die per i test da 1 a 5 e 1 richieste/die per i test da 6 a 12 ;
- tutti i test devono essere automatizzabili e devono essere programmati ed eseguiti contemporaneamente in unica seduta per i pannelli diabete, malattie bollose e malattie neurologiche.

- E' preferibile che i kit offerti non prevedano la incubazione over-nigth; in ogni caso, in considerazione delle peculiarità di alcuni test, la stessa può essere presente in non più del 30% degli analiti richiesti

	Descrizione test	Paz./anno
1	Anti-MusK	300
2	Anti-Skin Profile ELISA Test	300
3	Mesacup-2 Desmoglein Test "Dsg1"	300
4	Mesacup-2 Desmoglein Test "Dsg3"	300
5	Mesacup BP180 Elisa Kit	300
6	Mesacup BP230 Elisa Kit	300
7	Aquaporin-4 (AQP4) versione 2 Autoantibody ELISA	50

Metodiche IFA

Requisiti minimi ed indispensabili

Kit interi ognuno dei quali comprensivo di controlli positivo specifico e negativo, tampone di diluizione e di lavaggio, vetrini con copri-oggetto, carta assorbente, blu di evans nelle quantità adeguate ad eseguire il numero di test necessario al numero di pazienti/anno indicato in tabella secondo le cadenze analitiche bisettimanali con 5 richieste/die per il test 2 e 2 per il test 1; tutti i test devono essere automatizzabili.

	Descrizione test	Paz./anno
1	Anti – Skin	200
2	Anti - Insule Pancreatiche IFA su substrato di pancreas di scimmia	600

Condizioni e servizi richiesti

La fornitura dovrà essere completa di calibratori, controlli, consumabili e prodotti accessori nelle misure che servono alla corretta esecuzione delle sedute analitiche che si effettueranno per la determinazione dei test richiesti.

I quantitativi dei materiali inseriti in offerta, verranno verificati in sede di installazione, avviamento e collaudo con gli specialisti della ditta aggiudicataria, secondo i protocolli concordati e approvati con il personale interno al laboratorio; devono essere congrui e nel caso in cui non fossero sufficienti, devono essere integrati fino a totale copertura del fabbisogno senza alcun aggravio per questa azienda ospedaliera

Dovrà inoltre essere fornito programma annuale di VEQ UK-NEQAS per malattie bollose, diabete di tipo 1 e miastenia gravis.

Interfacciamento con gestionale presente in Laboratorio a carico della Ditta aggiudicataria.

Assistenza tecnica entro le 24h successive alla segnalazione di guasto.

La Ditta aggiudicataria si impegna a fornire ulteriori aggiornamenti tecnologici alle stesse condizioni di aggiudicazione del lotto presente.

Importo a base d'asta annuale per il lotto n.8 € _____ oltre iva;

Dato atto dei chiarimenti, si resta in attesa di relativo riscontro, entro e non oltre il 19.02.16 o via mail: provveditorato@arnascivico.it ovvero al numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

Il Direttore Area Provveditorato
Dott.ssa Nora Virga