

Scheda tecnica
Sistema digitale di acquisizione immagini del fondo oculare

Il sistema deve avere le seguenti caratteristiche:

- 1) Telecamera con sistema ottico grandangolare non inferiore a 130°, a colori ad alta risoluzione, per l'acquisizione delle immagini del fondo oculare;
- 2) Sistema per acquisire immagini e fluoro angiografiche;
- 3) Computer con sistema operativo Windows per la conservazione delle immagini acquisite;
- 4) Sistema per il trasferimento delle immagini ad altri centri (telemedicina);
- 5) Monitor a colori;
- 6) Stampante a colori;
- 7) Carrello portastrumento.