

SCHEDA defibrillatori

ELEMENTO TECNICO RICHIESTO	CASELLA DOVE LA DITTA DEVE INSERIRE RISPETTIVAMENTE SE POSSIEDE LA CARATTERISTICA RICHIESTA E NO NELL'IPOTESI IN CUI LA FUNZIONE NON SIA POSSEDUTA E L'INDICAZIONE DELLA EVENTUALE FUNZIONE EQUIVALENTE	EVENTUALI NOTE
1. Monitor defibrillatore bifasico		
2. Leggero e compatto di peso non superiore a 7 KG compreso di piastre 8 adulti, pediatriche e neonatali) e batterie		
3. Funzionamento manuale e semiautomatico con interfaccia e comandi intuitivi		
4. Defibrillazione in modalità manuale con livelli di energia fino ad almeno 270 joule bifasici		
5. Defibrillazione in modalità semiautomatica utilizzando livelli crescenti di energia fino 270 J		
6. Monitor a colori almeno 6 " con visualizzazione contemporanea di almeno 2 tracce		
7. Piastre rigide per pazienti adulti, pediatrici e neonatali integrate al defibrillatore		
8. Funzionamento tramite rete fissa e tramite batteria interna senza piombo ricaricabile che permetta di erogare almeno 90 scariche alla massima energia		
9. Dotato di caricabatteria integrato nel defibrillatore		
10. Dotato di cavo ECG a tre fili per la visualizzazione delle derivazioni I,II,III		
11. Dotato di connessione per placche monouso		

utilizzabili sia per la defibrillazione manuale/semiautomatica che per la stimolazione trans toracica		
12. Dotato di stimolatore transtoracico integrato con corrente di stimolazione selezionabile tra 20 e 150 mA		
13. Dotato di stampante termica da 50 mm		
14. Dotato di modulo per il monitoraggio della SPO2 completo di sensori per pazienti adulti, pediatrici e neonatali sterilizzabili.		
15. Gli apparecchi dovranno altresì essere completi di placche monouso per stimolazione e defibrillazione, in ragione di 10 set di placche per ogni monitor/defibrillatore		
16. Autotest quotidiano		
17. IP X4		