



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

**ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMMINISTRAZIONE TRASPARENTE
EX ART.2D.LGS.50/20169**

**Oggetto: PROCEDURA GARA MEPA RDO 1327015 “ FORNITURA DI PROTESI CHIRURGICHE
PER LA RICOSTRUZIONE TORACICA E GUAINA PER NASOFARINGOSCOPIO IN
SOMMINISTRAZIONE” . AMMISSIONE TECNICA**

Con riferimento alla procedura di cui all'oggetto, si comunica che in ottemperanza a quanto previsto ex art. 29 del D.lgs. 50/2016 che :

- per il lotto n. 01 è stata ammessa la ditta Sistemi Sanitari srl mentre non è stata ammessa la ditta EMANUELE FIORE MANCINI in quanto presenta offerta in maniera incompleta;
- per il lotto n. 2 è stata ammessa la ditta GIMAS srl mentre non è stata ammessa la ditta Medtronic Itala S.p.A., poiché la guaina offerta è realizzata in poliuretano e non in Megol come richiesto nel capitolato . Inoltre la maggiore rigidità del poliuretano rende più difficoltoso lo scorrimento dell'endoscopio all'interno del cavo oro-faringeo e aumenta in maniera considerevole il diametro della fibra.

Palermo, 11/10/2016

Il Direttore UOC Proveditorato

Dott.ssa Nora Virga