



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

N° di gara per AVCP 6481341

**CODICE NUTS ITG12**

**CHIARIMENTI 2**

**Procedura aperta per la fornitura triennale (con eventuale rinnovo di ulteriori 12 mesi ) in conto deposito ad eccezione dei lotti n.ri 1-2-3-4-8-29-45-48 e 49 per i quali la fornitura avverrà in somministrazione, di materiale specialistico per elettrofisiologia occorrente all'UOC di Cardiologia.**

LOTTO N. 5

**Quesiti 1 e 2**

1) si prega specificare se il numero indicato di sensori è puramente indicativo oppure se si intende identificare **uno** **specifico** **device**

2) è richiesto un "monitoraggio su una superficie di 15cm quadrati ": si prega di specificare come viene calcolata tale superficie, e quali criteri si adottano per valutare se tale superficie è adeguatamente mappata dai **sensori**

R) Numero degli elettrodi e superficie di monitoraggio sono da intendersi come puramente indicativi: i valori espressi servono a definire quantomeno, un ordine di grandezza relativo alla sensibilità e all'accuratezza del rilevamento e questo ai fini di garantire un elevato standard qualitativo dei dispositivi selezionati, tanto più importate in questo caso, trattandosi dispositivi volti a garantire la "safety delle procedure .

**Quesito 3**

3) sono richiesti sensori di contatto NON METALLICI: non ci risulta che al momento attuale esistano dispositivi per il rilevamento della temperatura esofagea dotati di sensori non metallici , pertanto si chiede conferma che sia stata una inesattezza nella compilazione della descrizione e che vengano normalmente accettati sensori di metallo. Per quanto concerne la definizione di "sensori di contatto", essendo l'esofago una cavità virtuale soggetta alla variabilità biologica dei diversi individui ci pare una definizione incorretta

R) L'espressione "non metallici" è da considerarsi un involontario refuso. Pertanto la presenza di sensori metallici non costituirà motivo di esclusione dalla gara.

Si rimanda piuttosto ad altre più opportune sedi la, pur interessantissima, disquisizione sulla possibilità di contatto fisico all'interno delle cavità virtuali (da non confondersi comunque con le realtà virtuali)

**Quesito 4**

4) è richiesto un rapido aggiornamento per una lettura in tempo reale della temperatura : si intende un mero rapido aggiornamento della schermata del monitor oppure, più importante, il tempo di risposta (la "prontezza ") dei sensori? In questo secondo caso confermare che si intende il tempo di risposta dei sensori e che , secondo la letteratura più recente, questo debba essere inferiore ai 2 secondi.



**Civico Di Cristina Benfratelli**  
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

R) Con l'espressione "rapido aggiornamento per una lettura in tempo reale della temperatura" si intende un mero rapido aggiornamento della schermata del monitor, che ci consenta appunto la lettura in tempo reale della temperatura

#### LOTTO N.6

Per la lunghezza degli elettrocateteri è previsto un margine di tolleranza del 10% .

#### LOTTO N.7

Vi sono almeno due differenti Ditte che producono elettrodi in woven dacron, materiale che presenta una elevata termostabilità, utile in alcune occasioni

#### LOTTO N.36

Il codice colore permette una immediata riconoscibilità del tipo di catetere utilizzato, caratteristica particolarmente utile in alcune occasioni