

Procedura negoziata sul Mepa per la fornitura e posa in opera di una colonna laparoscopica completa di accessori e strumentario da destinare all'UO di Chirurgia Pediatrica dell'ARNAS civico-benfratelli-palermo CIG 682212754B

Verbale n° 3

In data 15.02.2017 alle ore 10,00 presso gli uffici del settore Provveditorato dell'ARNAS CIVICO –DI CRISTINA-BENFRATELLI di Palermo, , si riunisce la Commissione di gara composta da:

Dott. Silvio Morini in qualità di presidente;

Ing. Costanza Tarzia in qualità di componente con funzione di segretaria;

Avv. Francesco Russo, in qualità di componente.

La commissione riprende le attività interrotte in data 07.02.2017 avendo ritenuto le due ditte congrue per i requisiti minimi passa all'attribuzione dei punteggi :

Olympus srl 48/60

C. Bua 59/60

così dettagliati:

CRITERIO	SUBCRITERIO	SUB. PUNTEGGIO MASSIMO	OLYMPUS SRL	C. BUA
GENERATORE LUCE Punt. Max 5	ORE VITA MEDIA GGARANTITA DELLA LAMPADA			
	Non inferiore a 30.000 ore	5		5
	Compresa fra 20000 e 30000	3		
	Inferiore a 20000	1	1	
SUBTOTALE			1	5
INSUFFLATORE Punt. Max 12	TIPOLOGIA DI GESTIONE			
	Mediante Touch screen	3		3
	Altro sistema	1	1	
	FLUSSO MAX			
	Non inferiore a 45 lt	4	4	4
	Inferiore a 45 lt.	1		
	SISTEMA RISCALDAMENTO GAS INSUFFLATO			
	Integrato	3		3
Esterno	1	1		
	MANTENIMENTO DEL RISCALDAMENTO CO2 FINO ALL'INGRESSO DEL TROCAR	2	2	2
SUBTOTALE			8	12
MONITOR IMMAGINI Punt. Max 3	Risoluzione 3D	1		
	Dimensione Diagonale in pollici >32"	1	1	1
	Dimensione Diagonale in pollici >42"	1	1	1
SUBTOTALE			2	2

VIDEO PROCESSORE TELECAMERA Punt. Max 30	E	INTERFACCIAMENTO ATTIVO (GESTIONE) CON DISPOSITIVI ESTERNI (FONTE LUCE, TELECAMERA, INSUFFLATORE, ETC..)			
		Interfacciamento con almeno 3 dispositivi	4	4	4
		Interfacciamento con almeno 2 dispositivi	2		
		Interfacciamento con meno di 2 dispositivi	1		
		ZOOM E OBIETTIVO			
		Zoom ottico	4	4	4
		Zoom digitale	2		
		NUMERO DI MODALITA' DI VISUALIZZAZIONI IMMAGINI			
		Non inferiore a 5	5	5	5
		Compreso tra 3 e 5	2		
		Inferiore a 3	1		
		MODULARITA' DEL SISTEMA			
		Completamente modulare	8	8	8
		Parzialmente modulare	3		
		UPGRADE TECNOLOGIA DISPONIBILE			
		3D+4K	5	5	5
		3D	3		
		4K	2		
ARCHIVIAZIONE IMMAGINI					
Full HD o superiore	4	4	4		
SUBTOTALE		30	30		
SISTEMA ELABORAZIONE ARCHIVIAZIONE IMMAGINI Punt. Max 4	DI E	TIPOLOGIA SISTEMA DI GESTIONE			
		Con Touch screen integrato	2		2
		Con Touch screen esterno	1	1	
		INTEGRAZIONE CON SISTEMI INFORMATIVI AZIENDALI			
Con protocolli standard (es. HL7)	2	2	2		
SUBTOTALE		3	4		
IRRIGATORE Punt. Max 6		MULTIDISCIPLINARIETA'			
		Utilizzabile per più di 2 discipline	3	3	3
		Utilizzabile fino a 2 discipline	2		
		TIPOLOGIA DI IRRIGAZIONE			
		Isostatica	2		2
		Altro	1	1	
SISTEMA RISCALDAMENTO DEL LIQUIDO					
1	1	1			
SUBTOTALE		4	6		
TOTALE		48	59		

Jelly


Me

M


La Commissione ammette le due ditte alla fase successiva e procede all'apertura delle buste economiche .
Aperte le suddette buste si è presa contezza delle relative offerte economiche e, segnatamente:
Olympus s.r.l. ha offerto € 116.933,69, oltre IVA importo comprensivo di AT full-risk 24 mesi ;
C. Bua s.r.l. ha offerto € 123.000,00,oltre IVA, importo comprensivo di AT full-risk 18 mesi.
Dopo avere validato le offerte economiche tramite piattaforma elettronica MEPA, a seguito dell'elaborazione operata direttamente dal predetto sistema , la ditta C.Bua s.r.l. è risultata aggiudicataria provvisoria.

Letto, Confermato e Sottoscritto


Dott. Silvio Morini



Ing. Costanza Tarzia



Avv. Francesco Russo



)