



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE

CHIARIMENTI

In relazione alla procedura aperta per la fornitura quinquennale con eventuale periodo di rinnovo di due anni, nonché con eventuale ulteriore proroga di sei mesi, di sistemi, in service, per laboratori di analisi dell'Azienda, indetta, giusta deliberazione n. 1528 del 18.10.2016, numero gara 6515548

SI FORNISCE IL SEGUENTE CHIARIMENTO

Lotto 7 – Service di kit per l'esecuzione di test integrativi di autoimmunità di immunopatologia per il laboratorio P.O. Civico

Quesito:

Una ditta ha chiesto se è possibile offrire in alternativa all'acquaporina in Elisa un prodotto equivalente in IFA

Risposta :

No, non è possibile offrire in alternativa al test acquaporina in Elisa, richiesto nel csa, un prodotto equivalente in IFA, in quanto la metodica offerta in sostituzione (metodica IFA) non consente il dosaggio quantitativo dell'analita.

Il Direttore Soc Provveditorato
Dott.ssa Nora Virga