CAPITOLATO TECNICO - SCHEDA FABBISOGNO

LOTTO 1 cig 6864074D0B
INSUFFLATORE CO2 per videolaparoscopia, che sia compatibile con lo strumentario utilizzato in sala operatoria, che permetta la regolazione della pressione per assicurare una cavità operatoria più stabile, che permetta di regolare i valori massimi di pressione e flusso adattando le modalità d'uso alle specifiche esigenze del singolo intervento, che abbia un' elevata potenza di flusso fino ad un max. di 50 l/min, con riscaldatore integrato e tubo con filamento ad incandescenza che garantisca che il gas CO2 raggiunga il campo operatorio alla temperatura di 37°. Fabbisogno N. 01 Materiale di consumo: a) tubi per insufflazione riscaldata con filtro per gas, monouso, idrofobo su entrambi i lati, con tubo di insufflazione da 3mm e Luerlock maschio, sterile. Conf. da 10pz, per impiego con unità di insufflazione con flusso di gas fino a 50 litri al minuto Fabbisogno Annuale pezzi 700 Per la chirurgia pediatrica 1) set di tubi di irrigazione ed aspirazione con uno spike ed una cannula Ø 5mm lunghezza 330 mm, per pompa Rocamed MEN01 confezione da 10 Fabbisogno Annuale pezzi 500 2) set di tubi per irrigazione ed aspirazione con uno spike ed una cannula Ø 3mm lunghezza 250 mm, per pompa Rocamed MEN01 confezione da 10 Fabbisogno Annuale pezzi 500
importo a base d'asta €. 182.000,00 oltre iva