Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

AREA PROVVEDITORATO
Piazza Nicola Leotta, 4
90127 Palermo

Telefono
091 6662261

FAX
091 6662672

EMAIL
provveditorato@arnascivico.it

WEB
www.arnascivico.it

DATA
21-11-16

PROT.
2016 696

Spett.le Ditta

OGGETTO: **Indagine di mercato per l'acquisizione di un sistema per l'esecuzione del test del sudore**

Questa Amministrazione deve acquisire in service un sistema per l'esecuzione del test del sudore, avente le caratteristiche di cui all'allegato elenco. A tal fine intende verificare:

1) se codesta ditta dispone di materiali aventi **caratteristiche collimanti** con quelle descritte nell'allegata scheda tecnica;
2) il prezzo di mercato (non il prezzo di listino), riferito al numero delle strumentazioni ed al carico di lavoro, individuato per singolo lotto.

Qualora dovesse riscontrare divergenze tra le caratteristiche richieste e quelle possedute voglia cortesemente segnalare accompagnando, se del caso, discrasie riscontrate da motivate considerazioni, ciò per consentire a questa Amministrazione una mirata valutazione in funzione di una eventuale rivisitazione delle caratteristiche richieste,

A tal proposito **si raccomanda che non occorre inviare nuove schede tecniche**.

Si prega di volere dare riscontro alla presente con urgenza e comunque non oltre il **10.12.16** o via mail: provveditorato@arnascivico.it ovvero al numero di fax 091.6662672. Per ulteriori informazioni è possibile contattare il seguente numero telefonico 091.6662261.

La presente solo al fine di espletare un'indagine di mercato.

Il Direttore Area Provveditorato
Dott.ssa Nora Virga

Strumentazione per l'esecuzione del test del sudore

n.1 dispositivo medico certificato CE per stimolazione ionoforetica per il test del sudore, completo di set di elettrodi.
Caratteristiche peculiari :

- controllo automatico delle corrente ionoforetica per +/- 5 minuti a 1,5mA;
- controllo salita per un minimo di 25 sec;
- interruzione automatica della corrente con allarme per resistenza di circuito;
- limite di sicurezza +/-1,80mA;
- utilizza reagenti in pilocarpina (0,5% di pilocarpina nitrata) contenuti in dischetti appositi

Reagenti:
n.700 test annui