



Civico Di Cristina Benfratelli
Azienda di Rilievo Nazionale ad Alta Specializzazione

CHIARIMENTI

INDAGINE DI MERCATO RETI CHIRURGICHE ED EMOSTATICI

Si precisa relativamente al lotto n. 11 che la matrice deve essere di origine bovina e non suina come di seguito indicato :

**CND
M040599 DISPOSITIVI EMOSTATICI-ALTRI**

Lotto 11

Caratteristiche: matrice composta di gelatina di origine animale, bovina, di trombina umana da utilizzare in presenza di sanguinamento attivo che favorisca sia l'emostasi primaria intervenendo nella fase piastrinica del processo coagulativo potenziandone l'adesione piastrinica, sia l'emostasi secondaria attivando con un'azione emostatica chimica la via estrinseca della cascata coagulativa. Deve essere garantita la stabilità del prodotto per almeno 2 ore dopo la miscelazione che deve avvenire in tempi brevi e comunque non oltre 2 min. circa ed essere riassorbiti in 6 settimane circa. Il prodotto offerto deve essere utilizzabile anche in interventi chirurgici effettuati in laparoscopia. Le ditte partecipanti devono presentare gli studi clinici circa i tempi di emostasi e l'efficacia nei confronti dei sanguinamenti capillari venosi ed arteriosi a pressione – la stabilità del prodotto dopo la preparazione - tempi di assorbimento – indicare i siti chirurgici sui quali sono stati fatti gli studi stessi, quelli indicati come destinazione d'uso del prodotto. La ditta deve presentare inoltre eventuali studi comparati con prodotti equivalenti di altre produzioni esistenti in commercio. La preparazione deve essere agevole e veloce. In fiale da ml 5/8, sterili. Tipo Floseal.

La Ditta deve dichiarare la quantità in ml di prodotto finito realmente utilizzabile e l'offerta deve essere riferita agli ml di prodotto ottenuto dopo la miscelazione. Fabbisogno annuale presunto pezzi 400